



SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

Număr Operator de date cu caracter personal - 37058

Str. Hector Nr. 2 A, Timișoara, Timiș – RO, 300041

Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax: 0256/200046

<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>

E-mail: secretariat@smtm.ro Cod fiscal: 4483447

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

Str. Daliei nr. 17, 300558, Tel.: 0784840862, e-mail : smtm.spiaam@gmail.com

AUTOCONTROL BACTERIOLOGIC - 2022

NR. CRT.	TIP TEST AUTOCONTROL	NR. PROBE PRELEVATE/ LUNA 12.2022	NR. PROBE NECONFORME/ LUNA 12.2022
1.	TEST PENTRU CONTROLUL GRADULUI DE INCARCARE A AERULUI CU FLORA MICROBIANA ATMOSFERICA	44	11
2.	TEST PENTRU CONTROLUL CURATENIEI SI DEZINFECTIEI SUPRAFETELOR	93	0
3.	TEST PENTRU CONTROLUL SUBSTANTELOR DEZINFECTANTE	0	0
4.	TEST PENTRU CONTROLUL APEI DE RETEA	0	0
5.	TEST PENTRU CONTROLUL STERILITATII/ DEZINFECTIEI DE NIVEL INALT	69	2
6.	TEST PENTRU CONTROLUL LICHIDULUI DE BARBOTARE	1	0
7.	TEST PENTRU CONTROLUL TEGUMENTELOR	16	2
8.	TOTAL	223	15

LUNA	TEST AUTOCONTROL	SECTIA CLINICA / BO / FUNCTIUNE	DATA, ORA RECOLTARII	SUPRAFATA/ SPATIUL INVESTIGAT(A)	REZULTAT NECONFORM
12	TEST PENTRU CONTROLUL STERILITATII / DEZINFECTIEI DE NIVEL INALT	ATI I	06.12.2022, ora 11,12	Salon - compresa	Colonii Enterococcus spp.
		BO V - OBSTETRICA	07.12.2022, ora 10,50	SO 2 - izolator	Colonii Streptococcus viridans
	TEST PENTRU CONTROLUL GRADULUI DE INCARCARE A AERULUI CU FLORA MICROBIANA ATMOSFERICA	BO I - CHIRURGIE GENERALA	06.12.2022, ora 10,40	SO 1 (periferic) SO 1 (central)	NTG/ m ³ aer = 315 NTG/ m ³ aer = 315
		BO I - CHIRURGIE ONCOLOGICA	06.12.2022, ora 11,40	SO 1 (periferic) SO 2 (central) SO 2 (central)	NTG/ m ³ aer = 472 NTG/ m ³ aer = 472 NT/ m ³ aer 79 Aspergillus spp.)
		BO V - GINECOLOGIE	05.12.2022, ora 10,30	SO 3 (central)	NTG/ m ³ aer = 315
		BO V - OBSTETRICA	07.12.2022, ora 10,40	SO 1 (periferic)	NTG/ m ³ aer = 393 NTG hemolitici/ m ³ aer = 79
		NEONATOLOGIE	07.12.2022, ora 11,10	Salon TI (central) Salon TI (central) Salon TI (periferic)	NTG/ m ³ aer = 866 NTG hemolitici/ m ³ aer = 236 NTG/ m ³ aer = 1260
	TEST PENTRU CONTROLUL TEGUMENTELOR	BO I - CHIRURGIE TORACICA	06.12.2022, ora 11,30	SO - tegument mana infirmier	UFC/ ml = 500 SCN metilino-sensibil
		BLOC NASTERI	07.12.2022, ora 12,01	Sala nasteri parter Cl. 1-2 - tegument mana asistent medical	UFC/ ml = 150 SCN metilino-sensibil



SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

Număr Operator de date cu caracter personal - 37058

Str. Hector Nr. 2 A, Timișoara, Timiș – RO, 300041

Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax: 0256/200046

<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>

E-mail: secretariat@smtm.ro Cod fiscal: 4483447

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

Str. Daliei nr. 17, 300558, Tel.: 0784840862, e-mail : smtm.spiaam@gmail.com

AUTOCONTROL BACTERIOLOGIC - 2022

INTERPRETARE DATE :

Controlul bacteriologic al aeromicroflorei

" Interpretare:

a) Numarul total de germeni/mc aer nu trebuie sa depaseasca 500-1500 dupa gradul de activitate din incapere, inceputul sau sfarsitul zilei de lucru.

b) In salile de operatii (in timpul lucrului), in saloanele de nou-nascuti si sugari se admit maximum 300 germeni /m³ aer, cu absenta florei hemolitice."

Controlul bacteriologic al suprafetelor si inventarului moale

" Interpretare: Se considera curata o suprafata/un material moale pe care se dezvoltă sub 5 colonii/cmp si nu sunt prezenti germeni patogeni."

Controlul bacteriologic al sterilitatii

"Interpretare: Se considera proba conforma proba sterila, fara prezenta germenilor de orice tip."

Controlul bacteriologic al probelor de pe tegumente

" Interpretare: Se considera o mana curata aceea la care:

a) incarcatura microbiana nu este mai mare de 100 UFC/ml pentru personalul ingrijitor si infirmiere;

b) incarcatura microbiana nu este mai mare de 40 UFC/ml pentru personalul mediu si medical;

c) incarcatura microbiana nu este mai mare de 10 UFC/ml pentru personalul care trebuie sa efectueze interventii aseptice;

d) nu trebuie sa contina germeni patogeni;

e) la germenii patogeni izolati se va efectua, la cererea departamentului SPIAAM, testarea rezistentei la antibiotice."