



**SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE
URGENȚĂ TIMIȘOARA**
Număr Operator de date cu caracter personal - 37058
 Str. Hector Nr. 2 A, Timișoara, Timiș – RO, 300041
 Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax: 0256/200046
<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>
 E-mail: secretariat@smtm.ro Cod fiscal: 4483447

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE
 Str. Daliei nr. 17, 300558, Tel.: 0784840862, e-mail : smtm.spiaam@gmail.com

AUTOCONTROL BACTERIOLOGIC - 2022

NR. CRT.	TIP TEST AUTOCONTROL	NR. PROBE PRELEVATE/ LUNA 11.2022	NR. PROBE NECONFORME/ LUNA 11.2022
1.	TEST PENTRU CONTROLUL GRADULUI DE INCARCARE A AERULUI CU FLORA MICROBIANA ATMOSFERICA	58	10
2.	TEST PENTRU CONTROLUL CURATENIEI SI DEZINFECTIEI SUPRAFETELOR	155	2
3.	TEST PENTRU CONTROLUL SUBSTANTELOR DEZINFECTANTE	0	0
4.	TEST PENTRU CONTROLUL APEI DE RETEA	0	0
5.	TEST PENTRU CONTROLUL STERILITATII/ DEZINFECTIEI DE NIVEL INALT	110	1
6.	TEST PENTRU CONTROLUL LICHIDULUI DE BARBOTARE	1	0
7.	TEST PENTRU CONTROLUL TEGUMENTELOR	32	0
8.	TOTAL	356	13

LUNA	TEST AUTOCONTROL	SECTIA CLINICA / BO / FUNCTIUNE	DATA, ORA RECOLTARII	SUPRAFATA/ SPATIUL INVESTIGAT(A)	REZULTAT NECONFORM
11	TEST PENTRU CONTROLUL STERILITATII / DEZINFECTIEI DE NIVEL INALT	BO V- GINECOLOGIE	02.11.2022, ora 11,02	SO - TI - tupfer	Colonii SCN metilino-sensibil
	TEST PENTRU CONTROLUL GRADULUI DE INCARCARE A AERULUI CU FLORA MICROBIANA ATMOSFERICA	BO II	08.11.2022, ora 10,30	SO 2 (periferic) SO 2 (central)	NTG/ m ³ aer = 630 NTG/ m ³ aer = 1023
		BO I - CHIRURGIE TORACICA	07.11.2022, ora 11	SO (central)	NTG/ m ³ aer = 315
		BO I - CHIRURGIE ONCOLOGICA	07.11.2022, ora 11	SO1 (central)	NTG/ m ³ aer = 315
		BO V- GINECOLOGIE	02.11.2022, ora 10,40	SO2 (central)	NTG/ m ³ aer = 472
		BO IV	15.11.2022, ora 10,30	SO 3 (periferic) SO 3 (central)	NTG/ m ³ aer = 1574 NTG/ m ³ aer = 1574
		CARDIOLOGIE	16.11.2022, ora 11,35	Sal TI (periferic) Sal TI (central)	NTG/ m ³ aer = 1935 NTG/ m ³ aer = 1574
		BO III	16.11.2022, ora 10,20	SO 3 (periferic)	NTG/ m ³ aer = 315
	TEST PENTRU CONTROLUL CURATENIEI SI DEZINFECTIEI SUPRAFETELOR	BLOC ALIMENTAR O-G	01.11.2022, ora 12,31	Bucatarie - raft vesela	NTG/ cm ² = 0,4 Pseudomonas stutzeri
			01.11.2022, ora 12,32	Oficiu distributie hrana -- maner frigider carne	NTG/ cm ² = 0,4 Acinetobacter baumannii



SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

Număr Operator de date cu caracter personal - 37058

Str. Hector Nr. 2 A, Timișoara, Timiș – RO, 300041

Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax: 0256/200046

<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>

E-mail: secretariat@smtm.ro Cod fiscal: 4483447

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

Str. Daliei nr. 17, 300558, Tel.: 0784840862, e-mail : smtm.spiaam@gmail.com

AUTOCONTROL BACTERIOLOGIC - 2022

INTERPRETARE DATE :

Controlul bacteriologic al aeromicroflorei

" Interpretare:

a) Numarul total de germeni/mc aer nu trebuie sa depaseasca 500-1500 dupa gradul de activitate din incapere, inceputul sau sfarsitul zilei de lucru.

b) In salile de operatii (in timpul lucrului), in saloanele de nou-nascuti si sugari se admit maximum 300 germeni /m³ aer, cu absenta florei hemolitice."

Controlul bacteriologic al suprafetelor si inventarului moale

" Interpretare: Se considera curata o suprafata/un material moale pe care se dezvoltă sub 5 colonii/cmp si nu sunt prezenti germeni patogeni."

Controlul bacteriologic al sterilitatii

"Interpretare: Se considera proba conforma proba sterila, fara prezenta germenilor de orice tip."

Controlul bacteriologic al probelor de pe tegumente

" Interpretare: Se considera o mana curata aceea la care:

a) incarcatura microbiana nu este mai mare de 100 UFC/ml pentru personalul ingrijitor si infirmiere;

b) incarcatura microbiana nu este mai mare de 40 UFC/ml pentru personalul mediu si medical;

c) incarcatura microbiana nu este mai mare de 10 UFC/ml pentru personalul care trebuie sa efectueze interventii aseptice;

d) nu trebuie sa contina germeni patogeni;

e) la germenii patogeni izolati se va efectua, la cererea departamentului SPIAAM, testarea rezistentei la antibiotice."