



**SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ  
TIMIȘOARA**  
**Număr Operator de date cu caracter personal - 37058**  
 Str. Hector nr. 2A, Timișoara, Timiș – RO, 300041  
 Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax: 0256/200046  
<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>  
 e-mail : [secretariat@smtm.ro](mailto:secretariat@smtm.ro) Cod fiscal: 4483447

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 18001



**SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE**  
 Str. Daliei nr. 17, 300558, Tel.: 0784840862, e-mail : [smtm.spiaam@gmail.com](mailto:smtm.spiaam@gmail.com)

### AUTOCONTROL BACTERIOLOGIC - 2020

NR. CRT.	TIP TEST AUTOCONTROL	NR. PROBE PRELEVATE/ LUNA 07.2020	NR. PROBE NECONFORME/ LUNA 07.2020
1.	TEST PENTRU CONTROLUL GRADULUI DE INCARCARE A AERULUI CU FLORA MICROBIANA ATMOSFERICA	68	0
2.	TEST PENTRU CONTROLUL CURATENIEI SI DEZINFECTIEI SUPRAFETELOR	157	0
3.	TEST PENTRU CONTROLUL SUBSTANTELOR DEZINFECTANTE	0	0
4.	TEST PENTRU CONTROLUL APEI DE RETEA	0	0
5.	TEST PENTRU CONTROLUL STERILITATII/ DEZINFECTIEI DE NIVEL INALT	120	0
6.	TEST PENTRU CONTROLUL LICHIDULUI DE BARBOTARE	1	0
7.	TEST PENTRU CONTROLUL TEGUMENTELOR	32	2
8.	TOTAL	378	2

LUNA	TEST AUTOCONTROL	SECTIA CLINICA / BO / FUNCTIUNE	DATA, ORA RECOLTARII	SUPRAFATA/ SPATIUL INVESTIGAT(A)	REZULTAT NECONFORM
07	TEST PENTRU CONTROLUL TEGUMENTELOR	BO V - GINECOLOGIE	1.07.2020, ora 10,48	SO 1, tegument mana asistent medical	UFC/ ml = 260 Enterobacter sp.
		BALNEOFIZIOTERAPIE	15.07.2020, ora 12,31	Salon nr. 13, tegument mana asistent medical	UFC/ ml = 250 SCN metilicilino-sensibil

### INTERPRETARE DATE CONFORM :

ORDIN MS nr. 961/ 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicile de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare - Anexa nr. 2



**SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ  
TIMIȘOARA**

**Număr Operator de date cu caracter personal - 37058**

Str. Hector nr. 2A, Timișoara, Timiș – RO, 300041

Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax: 0256/200046

<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>

e-mail : [secretariat@smtm.ro](mailto:secretariat@smtm.ro) Cod fiscal: 4483447

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 18001



**SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE**  
Str. Daliei nr. 17, 300558, Tel.: 0784840862, e-mail : [smtm.spiaam@gmail.com](mailto:smtm.spiaam@gmail.com)

**AUTOCONTROL BACTERIOLOGIC - 2020**

**Controlul bacteriologic al aeromicroflorei**

*" Interpretare:*

*a) Numarul total de germeni/mc aer nu trebuie sa depaseasca 500-1500 dupa gradul de activitate din incapere, inceputul sau sfarsitul zilei de lucru.*

*b) In salile de operatii (in timpul lucrului), in saloanele de nou-nascuti si sugari se admit maximum 300 germeni /m<sup>3</sup> aer, cu absenta florei hemolitice."*

**Controlul bacteriologic al suprafetelor si inventarului moale**

*" Interpretare: Se considera curata o suprafata/un material moale pe care se dezvoltă sub 5 colonii/cmp si nu sunt prezenti germeni patogeni."*

**Controlul bacteriologic al sterilitatii**

*"Interpretare: Se considera proba conforma proba sterila, fara prezenta germenilor de orice tip."*

**Controlul bacteriologic al probelor de pe tegumente**

*" Interpretare: Se considera o mana curata aceea la care:*

*a) incarcatura microbiana nu este mai mare de 100 UFC/ml pentru personalul ingrijitor si infirmiere;*

*b) incarcatura microbiana nu este mai mare de 40 UFC/ml pentru personalul mediu si medical;*

*c) incarcatura microbiana nu este mai mare de 10 UFC/ml pentru personalul care trebuie sa efectueze interventii aseptice;*

*d) nu trebuie sa contina germeni patogeni;*

*e) la germenii patogeni izolati se va efectua, la cererea departamentului SPIAAM, testarea rezistentei la antibiotice."*