



**SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE
URGENȚĂ TIMIȘOARA**
Număr Operator de date cu caracter personal - 37058
 Str. Hector Nr. 2 A, Timișoara, Timiș – RO, 300041
 Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax: 0256/200046
<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>
 E-mail: secretariat@smtm.ro Cod fiscal: 4483447

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE
 Str. Daliei nr. 17, 300558, Tel.: 0784840862, e-mail : smtm.spiaam@gmail.com

AUTOCONTROL BACTERIOLOGIC - 2023

NR. CRT.	TIP TEST AUTOCONTROL	NR. PROBE PRELEVATE/ LUNA 01.2023	NR. PROBE NECONFORME/ LUNA 01.2023
1.	TEST PENTRU CONTROLUL GRADULUI DE INCARCARE A AERULUI CU FLORA MICROBIANA ATMOSFERICA	76	4
2.	TEST PENTRU CONTROLUL CURATENIEI SI DEZINFECTIEI SUPRAFETELOR	151	0
3.	TEST PENTRU CONTROLUL SUBSTANTELOR DEZINFECTANTE	0	0
4.	TEST PENTRU CONTROLUL STERILITATII/ DEZINFECTIEI DE NIVEL INALT	112	6
5.	TEST PENTRU CONTROLUL LICHIDULUI DE BARBOTARE	2	0
6.	TEST PENTRU CONTROLUL APEI DE RETEA	0	0
7.	TEST PENTRU CONTROLUL TEGUMENTELOR	34	2
8.	TOTAL	375	12

LUNA	TEST AUTOCONTROL	SECTIA CLINICA / BO / FUNCTIUNE	DATA, ORA RECOLTARII	SUPRAFATA/ SPATIUL INVESTIGAT(A)	REZULTAT NECONFORM
01	TEST PENTRU CONTROLUL GRADULUI DE INCARCARE A AERULUI CU FLORA MICROBIANA ATMOSFERICA	BO IV	17.01.2023, ora 10,30	SO 3 (central)	NTG hemolitici/ m ³ aer = 79 SCN
		CHIMIOTERAPIE	25.01.2023, ora 11,16	Salon nr. 23	NTG/ m ³ aer = 79 fungi gen Alternacium
		BO I - CHIRURGIE GENERALA	10.01.2023, ora 10,50	SO 2 (central)	NTG hemolitici/ m ³ aer = 79 SCN
		NEONATOLOGIE	07.01.2023, ora 10,45	Salon post TI (periferic)	NTG/ m ³ aer = 315
	TEST PENTRU CONTROLUL STERILITATII / DEZINFECTIEI DE NIVEL INALT	DERMATO-VENEROLOGIE	25.01.2023, ora 12,41	Salon nr. 3 - pensa	Colonii SCN metilino-sensibil
		ORL	18.01.2023, ora 11,15	Cabinet ambulatoriu - endoscop	Colonii SCN metilino-sensibil
		OBSTETRICA - BLOC DE NASTERI	09.01.2023, ora 11,25	Sala nasteri etaj - tampon	Colonii Micrococcus spp.
			09.01.2023, ora 11,26	Sala nasteri etaj - chiureta	Colonii Roseomonas gillardi
		BO V - OBSTETRICA	09.01.2023, ora 10,23	SO 1 - cauter	Colonii Acinetobacter Iwoffii
		BO II	16.01.2023, ora 11,05	SO 1 - masa	Colonii Staphyococcus epidermidis MSSE
	TEST PENTRU CONTROLUL TEGUMENTELOR	BO I - CHIRURGIE ONCOLOGICA	10.01.2023, ora 12,10	SO 1, tegument mana asistent medical	UFC/ ml = 130 SCN metilino-sensibil
		UPU	10.01.2023, ora 12,45	Sala tratamente - chirurgie generala, tegument mana asistent medical	UFC/ ml = 120 SCN metilino-sensibil



SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

Număr Operator de date cu caracter personal - 37058

Str. Hector Nr. 2 A, Timișoara, Timiș – RO, 300041

Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax: 0256/200046

<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>

E-mail: secretariat@smtm.ro Cod fiscal: 4483447

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

Str. Daliei nr. 17, 300558, Tel.: 0784840862, e-mail : smtm.spiaam@gmail.com

AUTOCONTROL BACTERIOLOGIC - 2023

INTERPRETARE DATE :

Controlul bacteriologic al aeromicroflorei

" Interpretare:

a) Numarul total de germeni/mc aer nu trebuie sa depaseasca 500-1500 dupa gradul de activitate din incapere, inceputul sau sfarsitul zilei de lucru.

b) In salile de operatii (in timpul lucrului), in saloanele de nou-nascuti si sugari se admit maximum 300 germeni /m³ aer, cu absenta florei hemolitice."

Controlul bacteriologic al suprafetelor si inventarului moale

" Interpretare: Se considera curata o suprafata/un material moale pe care se dezvolta sub 5 colonii/cmp si nu sunt prezenti germeni patogeni."

Controlul bacteriologic al sterilitatii

"Interpretare: Se considera proba conforma proba sterila, fara prezenta germenilor de orice tip."

Controlul bacteriologic al probelor de pe tegumente

" Interpretare: Se considera o mana curata aceea la care:

a) incarcatura microbiana nu este mai mare de 100 UFC/ml pentru personalul ingrijitor si infirmiere;

b) incarcatura microbiana nu este mai mare de 40 UFC/ml pentru personalul mediu si medical;

c) incarcatura microbiana nu este mai mare de 10 UFC/ml pentru personalul care trebuie sa efectueze interventii aseptice;

d) nu trebuie sa contina germeni patogeni;

e) la germenii patogeni izolati se va efectua, la cererea departamentului SPIAAM, testarea rezistentei la antibiotice."