



## SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

**Număr Operator de date cu caracter personal - 37058**

Str. Hector Nr. 2 A, Timișoara, Timiș – RO, 300041

Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax: 0256/200046

<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>

E-mail: [secretariat@smtm.ro](mailto:secretariat@smtm.ro) Cod fiscal: 4483447

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001



**SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE**

Str. Daliei nr. 17, 300558, Tel.: 0784840862, e-mail : [smtm.spiaam@gmail.com](mailto:smtm.spiaam@gmail.com)

### AUTOCONTROL BACTERIOLOGIC - 2023

NR. CRT.	TIP TEST AUTOCONTROL	NR. PROBE PRELEVATE/ LUNA 02.2023	NR. PROBE NECONFORME/ LUNA 02.2023
1.	TEST PENTRU CONTROLUL GRADULUI DE INCARCARE A AERULUI CU FLORA MICROBIANA ATMOSFERICA	76	8
2.	TEST PENTRU CONTROLUL CURATENIEI SI DEZINFECTIEI SUPRAFETELOR	164	0
3.	TEST PENTRU CONTROLUL SUBSTANTELOR DEZINFECTANTE	1	0
4.	TEST PENTRU CONTROLUL STERILITATII/ DEZINFECTIEI DE NIVEL INALT	106	4
5.	TEST PENTRU CONTROLUL LICHIDULUI DE BARBOTARE	1	0
6.	TEST PENTRU CONTROLUL APEI DE RETEA	0	0
7.	TEST PENTRU CONTROLUL TEGUMENTELOR	32	2
8.	TOTAL	380	14

LUNA	TEST AUTOCONTROL	SECTIA CLINICA / BO / FUNCTIUNE	DATA, ORA RECOLTARII	SUPRAFATA/ SPATIUL INVESTIGAT(A)	REZULTAT NECONFORM
02	TEST PENTRU CONTROLUL GRADULUI DE INCARCARE A AERULUI CU FLORA MICROBIANA ATMOSFERICA	NEONATOLOGIE	15.02.2023, ora 10,20	Salon TIN (periferic)	NTG/ m <sup>3</sup> aer = 394
		CHIRURGIE TORACICA	20.02.2023, ora 11,30	Salon nr. 3 (central)	NTG hemolitici/ m <sup>3</sup> aer = 236 SCN metilino-sensibil
		BO IV	21.02.2023, ora 10,45	SO nr. 3 (periferic)	NTG/ m <sup>3</sup> aer = 472 NTG hemolitici/ m <sup>3</sup> aer = 394 SCN metilino-sensibil
		BO III	22.02.2023, ora 10,03	SO nr. 4 (periferic)  SO nr. 4 (central)	NTG/ m <sup>3</sup> aer = 315 d.c. NTG/ m <sup>3</sup> aer = 79 Acremonium spp. NTG/ m <sup>3</sup> aer = 866 d.c. NTG/ m <sup>3</sup> aer = 79 Penicillium spp.
	TEST PENTRU CONTROLUL STERILITATII / DEZINFECTIEI DE NIVEL INALT	CHIRURGIE GENERALA	20.02.2023, ora 11,59	Salon nr. 2 - pensa	Colonii Micrococcus spp.
		BO III	22.02.2023, ora 10,02 ora 10,03	SO nr. 2 - departator  SO nr. 2 - spatula	Colonii SCN metilino-rezistent Colonii SCN metilino-rezistent
			ora 10,04	SO nr. 2 - tupfer	Colonii SCN metilino-rezistent
	TEST PENTRU CONTROLUL TEGUMENTELOR	CHIRURGIE GENERALA	20.02.2023, ora 10,30	Salon nr. 3, tegument mana asistent medical	UFC/ ml = 10 Staphylococcus aureus
		RADIOTERAPIE	21.02.2023, ora 12,30	Cabinet consultatii, tegument mana asistent medical	UFC/ ml = 60 SCN metilino-sensibil



## SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

**Număr Operator de date cu caracter personal - 37058**

Str. Hector Nr. 2 A, Timișoara, Timiș – RO, 300041

Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax: 0256/200046

<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>

E-mail: [secretariat@smtm.ro](mailto:secretariat@smtm.ro) Cod fiscal: 4483447

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001



SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

Str. Daliei nr. 17, 300558, Tel.: 0784840862, e-mail : [smtm.spiaam@gmail.com](mailto:smtm.spiaam@gmail.com)

### AUTOCONTROL BACTERIOLOGIC - 2023

#### INTERPRETARE DATE :

##### Controlul bacteriologic al aeromicroflorei

" Interpretare:

a) Numarul total de germeni/mc aer nu trebuie sa depaseasca 500-1500 dupa gradul de activitate din incapere, inceputul sau sfarsitul zilei de lucru.

b) In salile de operatii (in timpul lucrului), in saloanele de nou-nascuti si sugari se admit maximum 300 germeni /m<sup>3</sup> aer, cu absenta florei hemolitice."

##### Controlul bacteriologic al suprafetelor si inventarului moale

" Interpretare: Se considera curata o suprafata/un material moale pe care se dezvolta sub 5 colonii/cmp si nu sunt prezenti germeni patogeni."

##### Controlul bacteriologic al sterilitatii

"Interpretare: Se considera proba conforma proba sterila, fara prezenta germenilor de orice tip."

##### Controlul bacteriologic al probelor de pe tegumente

" Interpretare: Se considera o mana curata aceea la care:

a) incarcatura microbiana nu este mai mare de 100 UFC/ml pentru personalul ingrijitor si infirmiere;

b) incarcatura microbiana nu este mai mare de 40 UFC/ml pentru personalul mediu si medical;

c) incarcatura microbiana nu este mai mare de 10 UFC/ml pentru personalul care trebuie sa efectueze interventii aseptice;

d) nu trebuie sa contina germeni patogeni;

e) la germenii patogeni izolati se va efectua, la cererea departamentului SPIAAM, testarea rezistentei la antibiotice."