



# SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

Număr Operator de date cu caracter personal - 37058

Str. Hector Nr. 2A, Timișoara, Timiș – RO, 300041

Tel: 0256/200048, 0256/221553, Fax: 0256/200046

<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>

E-mail: [secretariat@smtm.ro](mailto:secretariat@smtm.ro) Cod fiscal: 4483447



SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE  
Str. Daliei nr. 17, 300558, Tel.: 0784840862, e-mail : [smtm.spiaam@gmail.com](mailto:smtm.spiaam@gmail.com)

## AUTOCONTROL BACTERIOLOGIC - 2023

NR. CRT.	TIP TEST AUTOCONTROL	NR. PROBE PRELEVATE/ LUNA 05.2023	NR. PROBE NECONFORME/ LUNA 05.2023
1.	TEST PENTRU CONTROLUL GRADULUI DE INCARCARE A AERULUI CU FLORA MICROBIANA ATMOSFERICA	71	0
2.	TEST PENTRU CONTROLUL CURATENIEI SI DEZINFECTIEI SUPRAFETELOR	163	0
3.	TEST PENTRU CONTROLUL SUBSTANTELOR DEZINFECTANTE	1	0
4.	TEST PENTRU CONTROLUL STERILITATII/ DEZINFECTIEI DE NIVEL INALT	99	0
5.	TEST PENTRU CONTROLUL LICHIDULUI DE BARBOTARE	0	0
6.	TEST PENTRU CONTROLUL APEI DE RETEA	0	0
7.	TEST PENTRU CONTROLUL TEGUMENTELOR	30	1
8.	TOTAL	364	1

LUNA	TEST AUTOCONTROL	SECTIA CLINICA / BO / FUNCTIUNE	DATA, ORA RECOLTARII	SUPRAFATA/ SPATIUL INVESTIGAT(A)	REZULTAT NECONFORM
05	TEST PENTRU CONTROLUL TEGUMENTELOR	CHIMIOTERAPIE	08.05.2023, ora 10,33	Salon nr. 8 - tegument mana infirmier medical	UFC/ ml = 140 SCN metilicilino-sensibil

### INTERPRETARE DATE :

#### Controlul bacteriologic al aeromicroflorei

" Interpretare:

a) Numarul total de germeni/mc aer nu trebuie sa depaseasca 500-1500 dupa gradul de activitate din incapere, inceputul sau sfarsitul zilei de lucru.

b) In salile de operatii (in timpul lucrului), in saloanele de nou-nascuti si sugari se admit maximum 300 germeni /m<sup>3</sup> aer, cu absenta florei hemolitice."

#### Controlul bacteriologic al suprafetelor si inventarului moale

" Interpretare: Se considera curata o suprafata/un material moale pe care se dezvoltă sub 5 colonii/cmp si nu sunt prezenti germeni patogeni."

#### Controlul bacteriologic al sterilitatii

"Interpretare: Se considera proba conforma proba sterila, fara prezenta germenilor de orice tip."

#### Controlul bacteriologic al probelor de pe tegumente

" Interpretare: Se considera o mana curata aceea la care:

a) incarcatura microbiana nu este mai mare de 100 UFC/ml pentru personalul ingrijitor si infirmiere;



## SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

**Număr Operator de date cu caracter personal - 37058**

Str. Hector Nr. 2A, Timișoara, Timiș – RO, 300041

Tel: 0256/200048, 0256/221553, Fax: 0256/200046

<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>

E-mail: [secretariat@smtm.ro](mailto:secretariat@smtm.ro) Cod fiscal: 4483447



- b) incarcatura microbiana nu este mai mare de 40 UFC/ml pentru personalul mediu si medical;**
- c) incarcatura microbiana nu este mai mare de 10 UFC/ml pentru personalul care trebuie sa efectueze interventii aseptice;**
- d) nu trebuie sa contina germeni patogeni;**
- e) la germenii patogeni izolati se va efectua, la cererea departamentului SPIAAM, testarea rezistentei la antibiotice."**