



SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

Număr Operator de date cu caracter personal - 37058

Str. Hector Nr. 2 A, Timișoara, Timiș - RO, 300041

Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax : 0256/200046

<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>

E-mail: secretariat@smtm.ro Cod fiscal: 4483447



SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

Str. Daliei nr. 17, 300558, Tel.: 0784840862, e-mail : smtm.spiaam@gmail.com

AUTOCONTROL BACTERIOLOGIC - 2023

NR. CRT.	TIP TEST AUTOCONTROL	NR. PROBE PRELEVATE/ LUNA 06.2023	NR. PROBE NECONFORME/ LUNA 06.2023
1.	TEST PENTRU CONTROLUL GRADULUI DE INCARCARE A AERULUI CU FLORA MICROBIANA ATMOSFERICA	60	2
2.	TEST PENTRU CONTROLUL CURATENIEI SI DEZINFECTIEI SUPRAFETELOR	157	0
3.	TEST PENTRU CONTROLUL SUBSTANTELOR DEZINFECTANTE	1	0
4.	TEST PENTRU CONTROLUL STERILITATII/ DEZINFECTIEI DE NIVEL INALT	93	0
5.	TEST PENTRU CONTROLUL LICHIDULUI DE BARBOTARE	0	0
6.	TEST PENTRU CONTROLUL APEI DE RETEA	0	0
7.	TEST PENTRU CONTROLUL TEGUMENTELOR	34	2
8.	TOTAL	345	4

LUNA	TEST AUTOCONTROL	SECTIA CLINICA / BO / FUNCTIUNE	DATA, ORA RECOLTARII	SUPRAFATA/ SPATIUL INVESTIGAT(A)	REZULTAT NECONFORM
06	TEST PENTRU CONTROLUL TEGUMENTELOR	ATI I	12.06.2023, ora 11,25	Salon- tegument mana asistent medical	UFC/ ml = 70 SCN metilino-sensibil
		BO I - CHIRURGIE ONCOLOGICA	12.06.2023, ora 12,13	SO 2- tegument mana medic	UFC/ ml = 30 SCN metilino-sensibil
	TEST PENTRU CONTROLUL GRADULUI DE INCARCARE A AERULUI CU FLORA MICROBIANA ATMOSFERICA	BO V - GINECOLOGIE	06.06.2023, ora 10,30	SO 1 (periferic)	NTG/ m ³ aer = 315
		BO I - CHIRURGIE TORACICA	12.06.2023, ora 11,40	SO (periferic)	NTG/ m ³ aer = 945



SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

Număr Operator de date cu caracter personal - 37058

Str. Hector Nr. 2 A, Timișoara, Timiș - RO, 300041

Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax : 0256/200046

<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>

E-mail: secretariat@smtm.ro Cod fiscal: 4483447



INTERPRETARE DATE :

Controlul bacteriologic al aeromicroflorei

" Interpretare:

a) Numarul total de germeni/mc aer nu trebuie sa depaseasca 500-1500 dupa gradul de activitate din incapere, inceputul sau sfarsitul zilei de lucru.

b) In salile de operatii (in timpul lucrului), in saloanele de nou-nascuti si sugari se admit maximum 300 germeni /m³ aer, cu absenta florei hemolitice."

Controlul bacteriologic al suprafetelor si inventarului moale

" Interpretare: Se considera curata o suprafata/un material moale pe care se dezvolta sub 5 colonii/cmp si nu sunt prezenti germeni patogeni."

Controlul bacteriologic al sterilitatii

"Interpretare: Se considera proba conforma proba sterila, fara prezenta germenilor de orice tip."

Controlul bacteriologic al probelor de pe tegumente

" Interpretare: Se considera o mana curata aceea la care:

a) incarcatura microbiana nu este mai mare de 100 UFC/ml pentru personalul ingrijitor si infirmiere;

b) incarcatura microbiana nu este mai mare de 40 UFC/ml pentru personalul mediu si medical;

c) incarcatura microbiana nu este mai mare de 10 UFC/ml pentru personalul care trebuie sa efectueze interventii aseptice;

d) nu trebuie sa contina germeni patogeni;

e) la germenii patogeni izolati se va efectua, la cererea departamentului SPIAAM, testarea rezistentei la antibiotice."