



SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

Număr Operator de date cu caracter personal - 37058

Str. Hector Nr. 2 A, Timișoara, Timiș - RO, 300041

Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax : 0256/200046

<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>

E-mail: secretariat@smtm.ro Cod fiscal: 4483447



SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

Str. Daliei nr. 17, 300558, Tel.: 0784840862, e-mail : smtm.spiaam@gmail.com

AUTOCONTROL BACTERIOLOGIC - 2023

NR. CRT.	TIP TEST AUTOCONTROL	NR. PROBE PRELEVATE/ LUNA 10.2023	NR. PROBE NECONFORME/ LUNA 10.2023
1.	TEST PENTRU CONTROLUL GRADULUI DE INCARCARE A AERULUI CU FLORA MICROBIANA ATMOSFERICA	71	5
2.	TEST PENTRU CONTROLUL CURATENIEI SI DEZINFECTIEI SUPRAFETELOR	172	1
3.	TEST PENTRU CONTROLUL SUBSTANTELOR DEZINFECTANTE	2	0
4.	TEST PENTRU CONTROLUL STERILITATII/ DEZINFECTIEI DE NIVEL INALT	108	1
5.	TEST PENTRU CONTROLUL LICHIDULUI DE BARBOTARE	2	0
6.	TEST PENTRU CONTROLUL APEI DE RETEA	0	0
7.	TEST PENTRU CONTROLUL TEGUMENTELOR	52	3
8.	TOTAL	407	10

LUNA	TEST AUTOCONTROL	SECTIA CLINICA / BO / FUNCTIUNE	DATA, ORA RECOLTARII	SUPRAFATA/ SPATIUL INVESTIGAT(A)	REZULTAT NECONFORM
10	TEST PENTRU CONTROLUL GRADULUI DE INCARCARE A AERULUI CU FLORA MICROBIANA ATMOSFERICA	BO V - OBSTETRICA	10.10.2023, ora 10,40	SO 1 (periferic)	NTG/ m ³ aer = 551
		BO V - GINECOLOGIE	09.10.2023, ora 10,20	SO 2 (central)	NTG/ m ³ aer = 393
		BO I - CHIRURGIE GENERALA	03.10.2023, ora 10,00	SO 3 (central)	NTG/ m ³ aer = 708
		BO I - CHIRURGIE TORACICA	03.10.2023, ora 10,30	SO (central)	NTG/ m ³ aer = 315
		BO III	17.10.2023, ora 10,30	SO2 (central)	NTG/ m ³ aer = 630
	TEST PENTRU CONTROLUL CURATENIEI SI DEZINFECTIEI SUPRAFETELOR	BO I - CHIRURGIE GENERALA	03.10.2023, ora 10,05	Spalator instrumentar - maner robinet	NTG/ cm ² = 1 Stenotrophomonas maltophilia
	TEST PENTRU CONTROLUL STERILITATII / DEZINFECTIEI DE NIVEL INALT	BO V - GINECOLOGIE	09.10.2023, ora 10,25	SO2- tavita renala	Colonii Sphingomonas paucimobills
	TEST PENTRU CONTROLUL TEGUMENTELOR	ATI I	03.10.2023, ora 11,07 ora 10,43	Salon, tegument mana infirmiera	UFC/ ml = 250 Staphylococcus epidermidis meticilino-sensibil UFC/ ml = 400 MRSA+ Klebsiella spp. + Enterobacter cloacae complex + Stenotrophomonas maltophilia
				Salon, tegument mana fiziokinetoterapeut	UFC/ ml = 30 SCN
			BO I - CHIRURGIE TORACICA	03.10.2023, ora 10,34	SO, tegument mana asistent medical



SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

Număr Operator de date cu caracter personal - 37058

Str. Hector Nr. 2 A, Timișoara, Timiș - RO, 300041

Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax : 0256/200046

<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>

E-mail: secretariat@smtm.ro Cod fiscal: 4483447



INTERPRETARE DATE:

Controlul bacteriologic al aeromicroflorei

" Interpretare:

- a) Numarul total de germeni/mc aer nu trebuie sa depaseasca 500-1500 dupa gradul de activitate din incapere, inceputul sau sfarsitul zilei de lucru.
- b) In salile de operatii (in timpul lucrului), in saloanele de nou-nascuti si sugari se admit maximum 300 germeni /m³ aer, cu absenta florei hemolitice."

Controlul bacteriologic al suprafetelor si inventarului moale

" Interpretare: Se considera curata o suprafata/un material moale pe care se dezvolta sub 5 colonii/cmp si nu sunt prezenti germeni patogeni."

Controlul bacteriologic al sterilitatii

"Interpretare: Se considera proba conforma proba sterila, fara prezenta germeilor de orice tip."

Controlul bacteriologic al probelor de pe tegumente

" Interpretare: Se considera o mana curata aceea la care:

- a) incarcatura microbiana nu este mai mare de 100 UFC/ml pentru personalul ingrijitor si infirmiere;
- b) incarcatura microbiana nu este mai mare de 40 UFC/ml pentru personalul mediu si medical;
- c) incarcatura microbiana nu este mai mare de 10 UFC/ml pentru personalul care trebuie sa efectueze interventii aseptice;
- d) nu trebuie sa contina germeni patogeni;
- e) la germenii patogeni izolati se va efectua, la cererea departamentului SPIAAM, testarea rezistentei la antibiotice."