



SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚA TIMIȘOARA

Număr Operator de date cu caracter personal - 37058

Str. Hector Nr. 2 A, Timișoara, Timiș - RO, 300041

Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax : 0256/200046

<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>

E-mail: secretariat@smtm.ro Cod fiscal: 4483447



SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE
Str. Daliei nr. 17, 300558, Tel.: 40784840862, e-mail: serviciu.spliaam@smtm.ro

AUTOCONTROL BACTERIOLOGIC - 2025

NR. CRT.	TIP TEST AUTOCONTROL	NR. PROBE PRELEVATE/ LUNA 04.2025	NR. PROBE NECONFORME/ LUNA 04.2025
1.	TEST PENTRU CONTROLUL GRADULUI DE INCARCARE A AERULUI CU FLORA MICROBIANA ATMOSFERICA	43	1
2.	TEST PENTRU CONTROLUL CURATENIEI SI DEZINFECTIEI SUPRAFETELOR	95	3
3.	TEST PENTRU CONTROLUL SUBSTANTELOR DEZINFECTANTE	0	0
4.	TEST PENTRU CONTROLUL STERILITATII/ DEZINFECTIEI DE NIVEL INALT	52	0
5.	TEST PENTRU CONTROLUL LICHIDULUI DE BARBOTARE	0	0
6.	TEST PENTRU CONTROLUL APEI DE RETEA	0	0
7.	TEST PENTRU CONTROLUL TEGUMENTELOR	26	2
8.	TOTAL	216	6

% neconformitate = 2,78

LUNA	TEST AUTOCONTROL	SECTIA CLINICA / BO / FUNCTIUNE	DATA, ORA RECOLTARII	SUPRAFATA/ SPATIUL INVESTIGAT(A)	REZULTAT NECONFORM
04	TEST PENTRU CONTROLUL GRADULUI DE INCARCARE A AERULUI CU FLORA MICROBIANA ATMOSFERICA	BO I - CHIRURGIE GENERALA	02.04.2025, ora 10,40	SO 2 (periferic)	NTG/ m ³ aer = 315
	TEST PENTRU CONTROLUL TEGUMENTELOR	BO III	18.04.2025, ora 10,55	SO3 - tegument mana medic rezident	UFC/ ml = 80 SCN
		BOLI PROFESIONALE	18.04.2025, ora 12,15	Salon 4- tegument mana medic rezident	UFC/ ml = 120 SCN
	TEST PENTRU CONTROLUL CURATENIEI SI DEZINFECTIEI SUPRAFETELOR	BA STR. GH. DIMA, NR. 5	09.04.2025, ora 13	Spalator vase - interior chiuveta	NTG/ cm ² < 0,1 Acinetobacter spp. + Streptococcus viridans
				Oficiu distributie - interior oala Chimioterapie	NTG/ cm ² = 1 Acinetobacter spp. + Streptococcus viridans
	OFTALMOLOGIE	15.04.2025, ora 11,17	Oficiu alimentar - interior chiuveta	NTG/ cm ² = 0,3 Acinetobacter spp. + Streptococcus viridans	

INTERPRETARE DATE:



SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚA TIMIȘOARA

Număr Operator de date cu caracter personal - 37058

Str. Hector Nr. 2 A, Timișoara, Timiș - RO, 300041

Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax : 0256/200046

<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>

E-mail: secretariat@smtm.ro Cod fiscal: 4483447



SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

Str. Daliei nr. 17, 300558, Tel.: 40784840862, e-mail: serviciu.spliaam@smtm.ro

AUTOCONTROL BACTERIOLOGIC - 2025

Controlul bacteriologic al aeromicroflorei

" Interpretare:

- Numarul total de germeni/mc aer nu trebuie sa depaseasca 500-1500 dupa gradul de activitate din incapere, inceputul sau sfarsitul zilei de lucru.
- In salile de operatii (in timpul lucrului), in saloanele de nou-nascuti si sugari se admit maximum 300 germeni /m³ aer, cu absenta florei hemolitice."

Controlul bacteriologic al suprafetelor si inventarului moale

" Interpretare: Se considera curata o suprafata/un material moale pe care se dezvoltă sub 5 colonii/cmp si nu sunt prezenti germeni patogeni."

Controlul bacteriologic al sterilitatii

"Interpretare: Se considera proba conforma proba sterila, fara prezenta germenilor de orice tip."

Controlul bacteriologic al probelor de pe tegumente

" Interpretare: Se considera o mana curata aceea la care:

- incarcatura microbiana nu este mai mare de 100 UFC/ml pentru personalul ingrijitor si infirmiere;
- incarcatura microbiana nu este mai mare de 40 UFC/ml pentru personalul mediu si medical;
- incarcatura microbiana nu este mai mare de 10 UFC/ml pentru personalul care trebuie sa efectueze interventii aseptice;
- nu trebuie sa contina germeni patogeni;
- la germenii patogeni izolati se va efectua, la cererea departamentului SPIAAM, testarea rezistentei la antibiotice."